



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ru
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

Сутырину М.

Mike_sutyrin@mail.ru

07.02.2017 № 129-ОГ/04

На № _____

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии совместно с подведомственной организацией ФГУП «ВНИИМС» рассмотрело Ваше обращение на портале от 18 января 2017 г. № 12427 и сообщает следующее.

1. Национальные стандарты, в том числе ГОСТ Р 55179-2012, являются документами добровольными для применения. Порядок применения документов национальной системы стандартизации определяется главой 6 Федерального закона от 29 июня 2016 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее - № 162-ФЗ)

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 № 162-ФЗ национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектом технического комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации.

Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Федеральный закон) регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применению стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений.

Таким образом, при выявлении технических средств, применяемых для выполнения измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должностное лицо, осуществляющее федеральный

государственный метрологический надзор, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 17 Федерального закона обязано запретить применение данного технического средства. При этом выдача предписания о направлении запроса в Росстандарт об отнесении технического средства к средствам измерений не требуется.

2. В соответствии с законодательством о техническом регулировании к средствам измерений устанавливаются технические требования. Метрологические требования к средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Таким образом, соответствие средств измерений требованиям стандартов или технических регламентов не является достаточным.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 17 Федерального закона должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный метрологический надзор, обязано давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований. При этом требование о направлении запроса в Росстандарт об отнесении технического средства к средствам измерений не правомерно.

3. Требования Федерального закона распространяются на средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений определяется областью применения средств измерений. Если так называемые «бытовые приборы» не соответствуют требованиям к средствам измерений для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то они не должны применяться для данных измерений и наоборот, если они применяются для измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то они должны удовлетворять установленным обязательным требованиям. При выявлении нарушений обязательных требований к средствам измерений должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный метрологический надзор, действует в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона. При этом требование о направлении запроса в Росстандарт об отнесении технического средства к средствам измерений не правомерно.

4. Федеральным законом понятие «бытовые приборы» не установлено. Требования к средствам измерений определяются только областью их применения (в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений или нет).

5. Росстандарт не уполномочен комментировать решения Федеральной антимонопольной службы.

6. Единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, носит

информационный характер и включает в себя часть измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, которые определены в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и для которых установлены показатели точности.

Начальник
Управления метрологии

Р.А.Родин

Бергилевич Е.С.
Тел. (499) 236-85-88

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 112EE90003004B018CF2
Кому выдан: Родин Роман Александрович
Действителен: с 24.06.2016 до 24.06.2017