

АКТ № _____ / _____

г. Астрахань ул. Августовская, 11в. тел 37-02-67

«31 августа» 2018г

На основании ГК РФ, Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. 18.11.2013г., Постановлением
Правительства РФ № 1034, мной, представителем ООО «Астраханские тепловые сети»,
по доверенности № 137 от 06.12.2017 г. Гладченко Н.В.

в присутствии ответственного представителя МБОУ «СОШ № 14», договор теплоснабжения № 1303
(наименование потребителя, номер договора теплоснабжения)

в лице Зав. гориспван Ерешева К.В.
(должность, Ф.И.О.)

проведено обследование узла учета тепловой энергии и теплоносителя, представленной документации
по адресу: ул. Бэра, д. 44

и установлено:

По представленным свидетельствам о поверке средств измерений:

1. Свидетельство о поверке № Р/103202 от 08.08.2018г., комплект термометров сопротивления КТСП – Н зав. № 38339 г/
38339 х., указанный рег. № 38878-17 не соответствует указанному регистрационному номеру в заводском паспорте
2. Преобразователи расхода электромагнитные зав. № 378674, зав. № 380877 рег. № 17858-06 не входит в состав ТСК – 7 рег.
№ 48220-11 утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Вывод: Потребителю предлагается уточнить сведения указанных в представленных документах для соблюдения требований
указанных в утвержденном описании типа ВКТ – 7

Представитель ООО «Астраханские тепловые сети»

Представитель Потребителя

с Актом ознакомлен и экземпляр получил



Гладченко Н.В.
(Ф.И.О.)

Ерешева К.В.
(Ф.И.О.)